Azienda Ospedaliera di Cosenza

U.O.C. Forniture, Servizi e Logistica

(Tel) 0984/681.671 - 0984/681936 (Fax)

Cod. Fiscale: 01987250782

I-87100 – Cosenza, 30.12.2015
Via S. Martino

OGGETTO: Gara Procedura Aperta per l'acquisizione in proprietà e posa in opera di n. 1 Tomografo PET/CT per U.O.C. di Medicina Nucleare dello S.O. Annunziata di Cosenza. Chiarimenti.

In riferimento alla gara di cui all'oggetto si precisa quanto segue:

1) Rif. Al Bando di gara –punto II 2.1 si conferma che è ammessa la partecipazione alla gara in ATI; la possibilità che la mandante del raggruppamento esegua i lavori di installazione compresi nell'oggetto di gara; che i requisiti di qualificazione necessari per l'esecuzione delle opere sono riconducibili al possesso di una qualificazione SOA OG-1, tuttavia non necessaria perché l'importo dei lavori e verosimilmente molto più basso della classifica 1;per quanto riguarda la progettazione non sono richiesti i requisiti tecnici professionali specifici con eccezione di quelli previsti dalla legge (Risposta Ufficio Tecnico).
2) Rif. Invio Offerta e Documentazione –pag.1 Dsciplinare di gara: E' sufficiente indicare l'oggetto ed il CIG;
3) Rif. Pag.2 del paragrafo A) Busta contenente l'offerta economica relativa al costo del contratto di manutenzione si conferma che la quotazione per i sette anni successivi alla scadenza del periodo di garanzia è riferito solo al Tomografo PET/CT e non agli accessori;
4) Rif. Busta B) Contenente la Documentazione Amministrativa- pag.2 del Disciplinare di gara: il Passoe non deve essere presentato;
5) Rif.Punto c3 del paragrafo B) Busta contenente la Documentazione Amministrativa di cui alla pag.3 del Disciplinare di gara: Si ribadisce di produrre dichiarazione sostitutiva anche del punto C3), di non tenere conto di quanto stabilito dalle direttive 2002/32, 98/79 e UNI EN 793;
6) Rif. Punto 3 del parg. C) Busta contenente la Documentazione Tecnica di cui alle pag. 4-5- del Disciplinare di gara : La ditta dovrà fornire apparecchiature e prodotti rispondenti alle prescrizioni di sicurezza di cui alla legge 81/2008 (che ha sostituito la legge 626/94) e successivi aggiornamento e chiarimenti;
   Rif. Norme in materia di sicurezza ed igiene di sale operatorie: al presente appalto non si applicano le norme in materia di sicurezza e Igiene relativamente alle sale operatorie, bensì agli ambienti oggetto della gara; l'Istituto I.S.P.E.S.L

è confluito nell'Ente INAIL, pertanto si applicano le Normative specifiche di settore (Risposta Ufficio Tecnico);

Rif. Normativa sui Requisiti minimi per l'accreditamento delle strutture: si applicano le norme sui Requisiti per l'accreditamento delle strutture Sanitarie- Legge Regionale N.24 del 2008;

Legge Regionale 1 Settembre 2009, n.13;

Rif. Criterio antincendio: si fa riferimento al DM 18/09/2002" Regola di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private" con le modifiche introdotte dal DM 19/03/2015;

Rif. Legge 46/90 sulla sicurezza degli impianti: la legge 46/90 è stata sostituita dal D.M. 37 del 22/01/2008, quindi trova applicazione nella gara in oggetto;

8) Punto 4 del paragrafo C) Busta contenente la Documentazione tecnica di cui a pag.5 del Disciplinare di gara : E' stato precisato "Certificazione";
9) L'offerta senza prezzi deve essere presentata sia in formato cartaceo che su CD.
10) Art. 7 "Penalità e risoluzione contrattuale", pag.8 del Disciplinare di gara:In caso di mancata consegna l'A.O applicherà una penale pari all'1 per mille dell'importo netto del materiale non consegnato, per ogni giorno di ritardo, ed il relativo ammontare, non potrà superare il 10 %;

Il Responsabile del Procedimento
Rosa Maria Tiano

Il Direttore U.O.C. F.S.L.
Dott. Teodoro Gabriele

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

Via S. Martino s.n.c.

U.O.C. GESTIONE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

Prot. n. 4354 Cosenza lì 24 DIC. 2015

Direttore U.O.C. Gestione Forniture, Servizi e Logistica
Dott. Teodoro Gabriele

Loro Sedi

Oggetto:Procedura Aperta per l'acquisizione in proprieta' e posa in opera di **N°1 Tomografo PET/CT e relativi accessori, per U.O.C. di Medicina Nucleare** dello S.O."Annunziata" di Cosenza.
Importo a base d'asta €.2.200.000,00 iva esclusa e €.10.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed oneri fiscali. **CIG 6428848532**

Riscontro quesiti ditte partecipanti alla gara.

In relazione a quanto richiesto dalle Ditte **PHILIPS S.p.a., Siemens Healthcare S.r.l. e GE Medical System Italia S.P.A.,** interessate a partecipare alla gara di pari oggetto, riportiamo di seguito, per quanto nelle proprie competenze, le delucidazioni a riscontro :

In riscontro ai quesiti posti dalla ditta PHILIPS S.P.A.

1. Relativamente alla richiesta di dettagli sulla composizione, consistenza e spessore delle pareti e delle solette del locale della sala esami, si allegano planimetrie "Pianta Impalcato Quota 0,00" e "Pianta Impalcato Quota +2,90" (elaborati planimetrici contenuti nella cartella "Composizione muratura");
2. A riscontro della richiesta di fornire specifiche della linea elettrica si precisa che la Stazione appaltante fornisce interruttore generale di tipo tetrapolare da 250 A installato nel Quadro Elettrico Generale, ubicato nel POWER CENTER (vedi elaborato grafico allegato: IE2 - planimetria QE-canalizzazioni contenuto nella cartella Q.E.G.- PET), e che pertanto tutte le altre opere restano a carico della ditta appaltatrice;
3. Si allegano alla presente gli elaborati grafici di progetto dai quali si evincono i dati dei ricambi d'aria e caratteristiche dell'impianto di condizionamento (vedi cartella Climatizzazione PET);
4. In risposta alla richiesta chiarimenti circa la destinazione d'uso dei locali sottostanti la sala esami si precisa che la stessa si trova al livello seminterrato dell'edificio;
5. Si conferma che l'apparecchiatura medicale sarà posizionata al livello seminterrato dell'edificio;
6. Si conferma che la ditta aggiudicataria dell'appalto in oggetto, provvederà all'esecuzione di tutti i lavori di adeguamento edile ed impiantistico, comprese le opere proteximetriche in queste inclusi eventuali adeguamenti strutturali delle zone oggetto di intervento, propedeutici all'installazione dell'apparecchiatura medicale, in osservanza di quanto previsto dalle normative vigenti in materia e dalle specifiche di funzionamento dell'apparecchiatura proposta; provvederà, altresi', allo spostamento o alle modifiche degli impianti, di qualsiasi tipologia, presenti all'interno del locale adibito a sala esami, che possono interferire con la corretta installazione della PET; la fornitura è da ritenersi chiavi in mano, comprese le autorizzazioni da parte degli Enti competenti in materia.

Ricevuta il 28/12/15
T. Carlo

In riscontro ai quesiti posti dalla ditta SIEMENS HEALTHCARE

1. A riguardo del Quesito 1, si asserisce che non esiste Relazione dell'Esperto Qualificato dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, rimane quindi a carico della ditta partecipante lo studio progettuale per la realizzazione delle barriere di radioprotezione del locale PET/TC; di seguito si specificano i parametri clinici necessari per consentire il dimensionamento delle barriere proteximetriche:
   a. Il carico di lavoro della diagnostica è pari a 2.500 pazienti all'anno;
   b. Il fattore di occupazione dei locali adiacenti e sovrastanti è pari a: locali adiacenti (corridoio pazienti somministrati, classificati "Zona Controllata") F.O. 1, locali sovrastanti (ambulatori, classificati "Zona di libero accesso") F.O. 1;
2. A riguardo del Quesito 2, si ribadisce che la ditta aggiudicataria dell'appalto in oggetto, provvederà all'esecuzione di tutti i lavori di adeguamento edile ed impiantistico, comprese le opere proteximetriche, in queste inclusi eventuali adeguamenti strutturali delle zone oggetto di intervento,, propedeutici all'installazione dell'apparecchiatura medicale, in osservanza di quanto previsto dalle normative vigenti in materia e dalle specifiche di funzionamento dell'apparecchiatura proposta; provvederà, altresi', allo spostamento o alle modifiche degli impianti, di qualsiasi tipologia, presenti all'interno del locale adibito a sala esami, che possono interferire con la corretta installazione della PET, provvederà inoltre a proprie spese all'acquisizione delle autorizzazioni degli Enti competenti in materia;
3. Per quanto concerne il Quesito 3 si trasmettono in allegato gli elaborati tecnici progettuali relativi all'impianto di climatizzazione esistente (vedi cartella Climatizzazione PET);
4. Si conferma che l'impianto di gestione dei valori di pressione ambientale, comprensivo degli elementi di campo, rimane a carico della Stazione Appaltante (vedi cartella Climatizzazione PET);
5. Si conferma che il punto di consegna dell'energia elettrica è individuato all'interno del POWER CENTER (vedi elaborato grafico allegato: IE2 - planimetria QE-canalizzazioni) interruttore di tipo tetrapolare da 250 A;
6. Si conferma che l'UPS in fornitura deve sopperire alla sola esecuzione dell'acquisizione PET escludendo l'attività del sistema TC.

In riscontro ai quesiti posti dalla ditta GE MEDICAL SYSTEM ITALIA S.P.A.

1. Al fine di consentire alle ditte partecipanti di redigere e presentare progetto esecutivo delle opere di Radioprotezione, di seguito si specificano i seguenti dati:
   1.1 Consultati gli atti dell'appalto principale e acquisiti i dati dal Direttore dei Lavori, relativo al completamento del nuovo edificio di Dermatologia Oncologica, di seguito si descrive il tipo di solaio di copertura del piano seminterrato: Solaio di tipo misto latero-cementizio spessore cm 20+5, costituito da nervature parallele in travetti precompressi ad interasse di cm 50, con interposti blocchi di laterizio non collaboranti e sovrapposta soletta di cm5, armata con rete elettrosaldata di ripartizione.
   1.2 Carichi di progetto: sovraccarico permanente di 250 Kg/Mq e accidentale di 350 Kg/Mq;
   1.3 Tipo e composizione della struttura di pavimentazione del piano seminterrato:
   -Vespaio in pietrame all'interno del graticcio di fondazione;
   -Massetto in c.a. dello spessore di circa cm.20 sovrapposto al vespaio;
   -sottofondo di pavimentazione dello spessore medio di circa cm.10;
   1.4 A riscontro del quesito relativo alla portata del pavimento della sala esami e camera calda, si asserisce che la sala esami si trova al livello seminterrato dell'edificio e la portata è di circa 600 Kg/Mq (è possibile verificare eventuali carichi superiori);
   1.5 L'orditura dei travetti, vedi planimetria allegata "Pianta Impalcato Quota +2,90";

1.6 La composizione delle pareti perimetrali preesistenti della futura diagnostica è in muratura a una testa in mattoni pieni per gli ambienti di diagnostica e muratura forata per i restanti (vedi planimetria allegata, contenuta nella cartella "Composizione muratura");

1.7 Il carico di lavoro della diagnostica è pari a 2.500 pazienti all'anno;

1.8 Il fattore di occupazione dei locali adiacenti e sovrastanti è pari a: locali adiacenti (corridoio pazienti somministrati, classificati "Zona Controllata") F.O. 1, locali sovrastanti (ambulatori, classificati "Zona di libero accesso") F.O. 1;

2. In allegato si trasmettono le planimetrie dell'impianto di condizionamento e delle canalizzazioni presenti nella sala esami e le portate d'aria in immissione ed estrazione della sala esami (vedi planimetrie contenute nella cartella Climatizzazione PET);
3. Si conferma che la fornitura è da ritenersi chiavi in mano;
4. Si conferma che la ditta concorrente dovrà allegare un progetto preliminare chiavi in mano delle apparecchiature proposte e delle opere da effettuarsi;La ditta aggiudicataria dovrà poi fornire adeguato progetto esecutivo delle opere edili ed impiantistiche, da eseguire "chiavi in mano",previa acquisizione a propria cura e spese delle autorizzazioni degli Enti competenti e previa validazione da parte della Stazione Appaltante.

Si ribadisce la piena disponibilità a fornire supporto tecnico in sede di ulteriore sopralluogo, cosi' come già avvenuto, per consentire a tutte le ditte partecipanti di acquisire a mezzo di rilievi, sondaggi e/o misurazioni, ogni elemento ritenuto necessario per la formulazione dell'offerta.

Si trasmettono gli elaborati grafici summenzionati, in formato PDF, all'indirizzo e-mail r.tiano@aocs.it, al fine di metterli a disposizione di tutte le ditte partecipanti al bando.

Si porgono distinti saluti.

Ognuno per le proprie competenze:

Il Funzionario Tecnico dell'U.O.C.
Gestione Infrastrutture e Patrimonio
Geom. Giuliano Esposito

Il Direttore dell'U.O.C.
U.O.C.Medicina Nucleare
Dott.Mario Veltri

Il Direttore dell'U.O.C.
Gestione Infrastrutture e Patrimonio
Ing. Amedeo De Marco

AZIENDA OSPEDALIERA - COSENZA - U.O.C. Attività Tecniche e Patrimonio

Da "g.esposito" <g.esposito@aocs.it>
A "r.tiano@aocs.it" <r.tiano@aocs.it>
Data mercoledì 23 dicembre 2015 - 12:45

Procedura Aperta per l'acquisizione in proprieta' e posa in opera di N°1 Tomografo PET/CT e relativi accessori. Trasmissione Elaborati Grafici.

Procedura Aperta per l'acquisizione in proprieta' e posa in opera di **N°1 Tomografo PET/CT e relativi accessori,**
per U.O.C. di Medicina Nucleare dello S.O."Annunziata" di Cosenza.
Importo a base d'asta €.2.200.000,00 iva esclusa e €.10.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed
oneri fiscali. **CIG 6428848532**
Riscontro quesiti ditte partecipanti alla gara.
Trasmissione Elaborati Grafici.

In relazione alla Procedura in oggetto generalizzata, si trasmettono in allegato, gli elaborati grafici in formato PDF,
al fine di metterli a disposizione di tutte le ditte partecipanti al bando.
Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento
l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Allegato(i)

ELABORATI GRAFICI PER GARA PET.zip (6906 Kb)