

Cosenza, 02/03/2017

OGGETTO: Chiarimenti relativi alla procedura ristretta per la fornitura e posa in opera di N. 1 ANGIOGRAFO e ACCESSORI - U.O.C. di Cardiologia Interventistica - Lotto N. 1 - CIG 680884764A.


QUESITO N. 1: In riferimento al CSA, Art. 1, "elenco apparecchiature e accessori", pag. 5, si chiede se la Workstation di Post - elaborazione aggiuntiva che dovrà supportare procedure di Interventistica in Neuroradiologia e Cardiologia dovrà elaborare e ricostruire esami 3D acquisiti con l'angiografo.

RISPOSTA: Non essendo stato richiesto, nel Capitolato tecnico, un angiografo con la caratteristica dell'acquisizione rotazionale, non è richiesta la presenza di software per la ricostruzione 3D sulla workstation di post - elaborazione. Tuttavia, nel caso in cui, qualche ditta Concorrente dovesse presentare tale caratteristica migliorativa, essa verrà considerata in termini positivi nel momento di attribuzione dei punteggi. In tal caso, ovviamente, la stessa ditta presenterà i software necessari per la rielaborazione.

(Risposta formulata dal Dott. William Auteri, Direttore U.O.C. di Neuroradiologia)

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Antonietta Raimondo



Il Direttore U.O.C. G.F.S.L.
Dott. Teodoro Gabriele

