

RISPOSTA AI QUESITI TECNICI DELLA RICHIESTA DI CHIARIMENTI PER LA FORNITURA DI N.1 TC SIMULATORE DELL' U.O.C. DI RADIOTERAPIA.

La Potenza utile erogabile deve non essere inferiore a 60 kW

Il numero di strati acquisiti in una singola rotazione di 360° non deve essere inferiore a 64 (reali e contigui)

LA massima copertura per ogni singola scansione con spessore di strato il più piccolo garantito dall'apparecchiatura non deve essere inferiore a 32mm, la larghezza del detettore lungo l'asse Z non deve essere inferiore a 32 mm per singola rotazione di 360° in tecnica assiale.

Cosenza 02/01/2017

Dott. Michele Florio
D.M. I livello U.O.C. di Radiologia

Ad integrazione della risposta al punto 3 dei quesiti tecnici della richiesta di chiarimenti per la fornitura di n.1 TC simulatore dell' U.O.C. di Radioterapia, si specifica che rimane sempre in vigore anche quanto previsto nel documento di gara per la fornitura di una TC simulatore si 64 strati, cioè che in relazione alla massima copertura per ogni singola scansione, lo spessore di strato più piccolo garantito dall'apparecchiatura deve essere non inferiore a 18mm, perché tiene conto anche di quello che è emerso nei colloqui tecnici, di utilizzo di apparecchiature con tecnologia con doppia macchia focale lungo l'asse z che produce una lettura effettiva di 64 strati con campionamento da 0,3 mm.

Cosenza 07/01/2017

Dott. Michele Florio
D.M. I livello U.O.C. di Radiologia