



Azienda Ospedaliera di Cosenza

U.O.C. Forniture, Servizi e Logistica

(Tel) 0984/681.671 - 0984/681936 (Fax)

Cod. Fiscale: 01987250782

I-87100 - Cosenza, 03.01.2017

Via S. Martino

OGGETTO: Chiarimenti Gara Procedura Ristretta e posa in opera per la fornitura N.1 Acceleratore Lineare e n. 1 TAC Simulatore compresi lavori edili ed impiantistici per U.O.C. di Radioterapia dello S.O. Annunziata

In riferimento alla gara di cui all'oggetto ed ai chiarimenti chiesti da alcune ditte, di cui si allegano le richieste, si precisa quanto segue.

Chiarimenti di natura Amministrativa

1. Quesito n. 1- comprova requisiti capacità tecnico-professionale: La gara è stata perfezionata e pertanto risulta sbloccata. Il contributo che ogni partecipante deve versare è pari ad € 140,00;
2. Quesito n. 2- art. n. 6 subappalto:
punto 1- giusto art. 6 del disciplinare di gara salvo quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs n. 50/16 è fatto espresso divieto di subappalto della fornitura;
punto 2- si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/16.
3. Quesito n. 10- Penalità e risoluzione contrattuale .
Trattasi di un refuso.

Per quanto riguarda i chiarimenti di natura tecnica, si precisa quanto segue, per come dichiarato dai responsabili interessati (Ing. Stefano, Dott. Marafioti, Dott. Siciliano, Dott. Florio) :

1. Quesito n. 1: Si
2. Quesito n. 2: Si
3. Quesito n. 3: Non esiste al momento alcuna preferenza in quanto è in corso di programmazione una gara dei sistemi d'immobilizzazione.
4. Quesito n. 4: Si conferma che l'indicazione è un refuso.
5. Quesito n. 5: Dosimetria in vivo basato su EPID non è un requisito minimo.
6. Quesito n. 6: Questi sono solo tools per la verifica giornaliera /periodica delle caratteristiche tecniche del sistema proposto, anche in relazione alle sofisticate procedure tecniche eseguibili con il nuovo acceleratore. Tali verifiche, qualora

possibile, potrebbero essere eseguite anche attraverso analisi di immagini EPID.

Di seguito vengono elencate alcune delle possibili verifiche:

- Checks di posizionamento delle lamelle MLC.
- Checks congruenza campo luce-campo radiante.
- Checks Isocentro di rotazione del Linac.

7. Quesito n. 7: CLINAC Varian DHX, consolle di comando 3D, provvisorio di sistema EPID, non è provvisto di un sistema IGRP e non si effettuano attualmente tecniche VMAT/RAPIDARC:

8. Quesito n. 8: sono attualmente presenti 6 stazioni del sistema di R&V rel. 9.1

9. Quesito n. 9: I sistemi di posizionamento non sono un requisito minimo.

10. Quesito n. 11: Per noi il tempo di 135 giorni dalla consegna delle aree va bene .

11. Quesito n. 15 :Si può prevedere pagamenti a step in corso d'opera mantenendo quota parte della liquidazione finale successivamente al collaudo finale a cura dell'U.O.C. Ingegneria Clinica.

12. Quesito n. 23: La potenza utile erogabile deve non essere inferiore a 60 KW.

Il numero di strati acquisiti in una singola rotazione di 360° non deve essere inferiore a 64 (reali e contigui).

La massima copertura per ogni singola scansione con spessore di strato il più piccolo garantito dell'apparecchiatura non deve essere inferiore a 32 mm, la larghezza del detettore lungo l'asse Z non deve essere inferiore a 32mm per singola rotazione di 360° in tecnica assiale.

1. Quesito n. 2: Si conferma

2. Quesito n. 4: I sottoscritti propongono 180 giorni dalla consegna.

3. Quesito n. 6: Si conferma quanto previsto dall'art. 10.

4. Quesito n. 7. Si confermano i 3 anni di full-risk successivi alla garanzia, per gli altri impianti 12 mesi.

5. Quesito n. 13: Non è superabile l'importo totale a base d'asta.

6. Quesito n.14: E' possibile adottare criteri di equivalenza di uguale efficacia.

7. Quesito n. 15: Non è possibile interrompere l'attività clinica.

N.B- Per i quesiti mancanti si è in attesa di ricevere chiarimenti da parte del competente Ufficio Tecnico.

Il Responsabile del Procedimento

Sig.ra Rosa Maria Tiano



Il Direttore U.O.C. F.S.L.

Dott. Teodoro Gabriele

